PL

Do użycia tego urządzenia konieczna jest obecność co najmniej dwóch operatorów znajdujących się w dobrej kondycji fizycznej. Należy przestrzegać harmonogramu konserwacji oraz zwrócić uwagę na średni okres użytkowania sprzętu, określony przez producenta w instrukcji obsługi.

ROZKŁADANIE



1.Ustaw urządzenie w pozycji pionowej i wyciągnij wysuwany uchwyt tylny, aż zostanie zablokowany automatycznie za pomocą specjalnych zaczepów blokujących (ta czynność nie jest wymagana w modelu SKID-E READY).
2. Poluzuj pasy mocujące, aby uwolnić „krzesło".
3. Chwyć jedną ręką siedzisko, a drugą wysuwany uchwyt, następnie rozsuń oba elementy od siebie, aż krzesło zostanie całkowicie rozłożone. Krzesło ewakuacyjne jest teraz gotowe do bezpiecznego postawienia na podłodze.
4. Odblokuj hamulce dwóch przednich kół Ø 100 mm. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

SKŁADANIE

Jeśli urządzenie nie jest zajęte przez pacjenta:
1. Za pomocą obu hamulców zablokuj przednie koła Ø 100 mm, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu.
2. PRO SKID-E: Odblokuj tylne uchwyty, wkładając zaczepy do systemu blokującego.
3. Ustaw się z tyłu krzesła, pociągnij oba uchwyty jednocześnie w dół wzdłuż specjalnych nylonowych prowadnic.
4. Chwyć „siedzisko" i oparcie, a następnie przysuń je do siebie, aż osiągniesz pozycję zamkniętą.
5. Przymocuj pas wokół konstrukcji, co zablokuje siedzisko w tej pozycji.

SCHODZENIE ZE SCHODÓW Z ROZŁOŻONYM KRZESŁEM:

Aby bezpiecznie zejść ze schodów, konieczna jest obecność dwóch operatorów:
1. Chwyć główny uchwyt obiema rękami i pozwól pacjentowi usiąść na krześle. Upewnij się, że podczas tej czynności oba przednie koła Ø 100 mm dotykają podłoża.
2. Zabezpiecz pacjenta na urządzeniu za pomocą specjalnych pasów bezpieczeństwa na głowę i ciało.



3. Podejdź do schodów i ustaw się po stronie z poręczą. Pierwszy operator zawsze trzyma ręce na uchwycie i prowadzi ruch krzesła w dół po schodach, utrzymując stałą kontrolę prędkości oraz pewny chwyt dla bezpiecznego zejścia. Drugi operator ustawia się przed krzesłem, a tym samym przed pacjentem, prowadzi ruch w dół schodów i powinien być gotowy do interwencji w razie potrzeby.
4. Utrzymuj stały nacisk w kierunku w dół. Poprawi to stabilność urządzenia.
5. Po zakończeniu zejścia ustaw koła prawidłowo na powierzchni, aby zapewnić bezpieczne i łatwe manewrowanie w poziomie.

WCHODZENIE PO SCHODACH Z ROZŁOŻONYM KRZESŁEM (TYLKO PRO SKID-E):

Do tego rodzaju transportu zalecana jest obecność trzeciego operatora, który będzie kierował pozostałymi dwoma.



1. Zabezpiecz pacjenta na urządzeniu, używając specjalnych pasów bezpieczeństwa na głowę i ciało.
2. Pierwszy operator, znajdujący się za urządzeniem, musi zablokować tylne uchwyty, obracając zaczep w dół i mocując go do zawiasu między szyną a ramą.
3. Drugi operator, znajdujący się z przodu krzesła, musi chwycić przednie teleskopowe uchwyty i wysunąć je, naciskając przycisk.
4. Używając odpowiednich technik podnoszenia, operatorzy muszą jednocześnie unieść krzesło i rozpocząć transport.